

Dipartimento Regionale Laboratori  
Servizio Laboratorio di Venezia  
sede operativa di Venezia  
Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre  
Tel. +39 041 5445650  
Fax +39 041 5445651  
email dlve@arpa.veneto.it

## RAPPORTO DI PROVA n° 591014 rev. 0



Campione numero 591014 Richiesta Ufficio  
Campione di ACQUE POTABILI DA RETE ACQUEDOTTISTICA  
Data di ricevimento 10/11/2017 11:59:00  
Committente ARPA VENETO - DAP VERONA - SSA - SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE Via A. Dominutti 8 37135 VERONA(VR)  
Prelevatore ARPA VENETO - DAP VERONA - SSA - SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE Via A. Dominutti 8 37135 VERONA(VR)  
Verbale di prelievo 153 Data di prelievo 10/11/2017 09:50  
Conferente ARPA VENETO - DAP VERONA - SSA - SERVIZIO STATO DELL'AMBIENTE Via A. Dominutti 8 37135 VERONA(VR)  
Punto di prelievo Liceo Scientifico A.M.Roveggio - via Col. Gaspari COLOGNA VENETA  
Codice SIRAV 500032679  
Procedura di campionamento Campionamento effettuato come da verbale

| Analisi Chimiche                                    | Inizio analisi | 10/11/2017      | Fine analisi    | 10/11/2017 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Parametri   | Risultato      | Unità di Misura | Metodo di Prova |            |
| <b>PFAS:</b>  |                |                 |                 |            |
| PFBA (PerfluoroButanoic Acid);                      | 10             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid);                    | <5             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| PFBS (PerfluoroButane Sulfonate);                   | <5             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid);                     | <5             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid);                    | <5             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate);                  | <5             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| PFOA (PerfluoroOctanoic Acid) isomero lineare;      | <5             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| PFOA isomeri ramificati espressi come PFOA lineare; | <5             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| PFNA (PerfluoroNonanoic Acid);                      | <5             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| PFDeA (PerfluoroDecanoic Acid);                     | <5             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat) isomero lineare;    | <5             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| PFOS isomeri ramificati espressi come PFOS lineare; | <5             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid);                   | <5             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid);                   | <5             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| Somma PFAS;   | 10             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |
| Somma PFAS esclusi PFOA e PFOS;                     | 10             | ng/l            | ISO 25101:2009  |            |

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.

**Dipartimento Regionale Laboratori**  
**Servizio Laboratorio di Venezia**  
**sede operativa di Venezia**  
Via Lissa, 6 - 30171 Venezia Mestre  
Tel. +39 041 5445650  
Fax +39 041 5445651  
email dlve@arpa.veneto.it

**RAPPORTO DI PROVA n° 591014 rev. 0**



---

Venezia, li 10/11/2017

Il Dirigente Chimico  
F.to dr. Luciana Menegus

---

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.